


<b>CERTIFICATE OF ANALYSIS</b>		<b>No 419/20/KJ/610</b>
<b>Product Name/</b> <i>Nazwa Produktu</i>	<b>Acti-Lance, safety lancet Universal, 23G</b>	
<b>Catalog Number/</b> <i>Numer Katalogowy</i>	<b>7142</b>	
<b>Order Number/</b> <i>Numer Zamówienia</i>	<b>253564/ZS-1244/2020</b>	
<b>Dispatch Number/</b> <i>Numer Listy Wysyłkowej</i>	<b>497 / 2020</b>	
<b>Lancet Drawing Revision/</b> <i>Numer Rysunku</i>	<b>610.0200.2.0R2d</b>	
<b>Lot Number/</b> <i>Nr Serii</i>	<b>A11E843L5</b>	
<b>Date Of Production/</b> <i>Data Produkcji</i>	<b>2020-07-05 ÷ 2020-07-06</b>	
<b>Lot Quantity/</b> <i>Ilość</i>	<b>30 boxes</b>	
<b>Complete Needle Lot Number/</b> <i>Nr Serii Igły kompletnej</i>	<b>11E820</b>	
<b>Sterilization Certificate No./</b> <i>Numer Certyfikatu Sterylizacji</i>	<b>1100/20/EX</b>	
<b>Sterilization Method/</b> <i>Metoda Sterylizacji</i>	<b>Gamma Irradiation Co-60 Min 17,5 kGy - Max 40,0 kGy</b>	
<b>Expiry Date/</b> <i>Data Ważności</i>	<b>2025 – 07 – 01</b>	
<p><b>We certify that the product meets requirements of the Product Specification ZN-2007/HTL – 610.01 revision 17</b></p> <p><i>Niniejszym oświadczamy, że wyrób spełnia wymagania Specyfikacji Produktowej ZN-2007/HTL – 610.01 wydanie 17</i></p>		
<b>Date Of Preparing Certificate/</b> <i>Data Sporządzenia Certyfikatu</i>	2020-08-17	
<b>Signature/</b> <i>Podpis</i>	SPECJALISTA DS. JAKOŚCI - HISTORIA WYROBU QUALITY SPECIALIST - DHR  <b>Joanna Andrzejewska</b>	
<b>Decision/</b> <i>Decyzja</i>	